


	<p>Fehler 1</p> <p>Spenderboxen werden nicht vor Wiederbefüllung hygienisch aufbereitet.</p>		<p>Fehler 2</p> <p>Hände werden nicht vorab desinfiziert. Es werden keine Handschuhe getragen.</p>
	<p>Fehler 3</p> <p>Frei heraushängende Tücher. Sie können kontaminiert sein.</p>		<p>Fehler 4</p> <p>Entnommene Tücher werden in die Spenderbox zurückgeschoben. Sie können kontaminiert sein.</p>
	<p>Fehler 5</p> <p>Deckel wird nicht dicht verschlossen. Die Tücher trocknen aus.</p>		<p>Fehler 6</p> <p>Ausgetrocknete Tücher werden noch verwendet.</p>
	<p>Fehler 7</p> <p>Die Spenderbox ist defekt.</p>		<p>Fehler 8</p> <p>Das Etikett auf dem Deckel ist nicht korrekt und vollständig beschriftet.</p>
	<p>Fehler 9</p> <p>Fehler bei der Dosierung der Gebrauchslösung zum Tränken der Tuchrolle.</p>		<p>Fehler 10</p> <p>Abgewartete Zeit bis zur ersten Entnahme ist zu kurz.</p>

Erstellt in www.hygiensystem.de.

<p>Einrichtung:</p>	<p>Die häufigsten Fehlerquellen</p>	<p>bei der Nutzung von Tuchspendersystemen</p>	
<p>Ersteller:</p>	<p>Prüfung:</p>	<p>Freigabe:</p>	<p>Evaluation am:</p>
<p>Datum: 15.03.2019</p>	<p>Datum:</p>	<p>Datum:</p>	<p>Datum:</p>